



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-C+D+E Monoclonal
NÚMERO DO LOTE: 70064-A1 e sublotes (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 10/12/2018
DATA DE VALIDADE: 10/12/2020
CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C
TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias R ₀ r	1 em 128	1 em 512	1 em 256	1 em 64
Hemácias r'r	1 em 32	1 em 512	1 em 512	1 em 64
Hemácias r''r	1 em 32	1 em 128	1 em 32	1 em 64

AVIDEZ: (1º sinal de aglutinação)	Hemácias R₀r 3 segundos	Hemácias r'r 7 segundos
	Hemácias r''r 13 segundos	

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
	Hemácias R₀r Grade 5	Hemácias rr Negativo
	Hemácias r'r Grade 5	
	Hemácias r''r Grade 5	

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-C+D+E estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 11 de fevereiro de 2019
