



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Fy^a Monoclonal

NÚMERO DE LOTE: 77432-A1 e todos os sublotos (- A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 03/03/2020

DATA DE VALIDADE: 03/03/2022

CONSERVANTE 0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

| POTÊNCIA: | Teste em tubo | Cartão Diamed | Cartão Ortho |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Hemácias Fy(a+b+) | 1 em 32 | 1 em 128 | 1 em 128 |

| ESPECIFICIDADE: | Fenótipos Positivos | Fenótipos Negativos |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Hemácias Fy(a+b+): | Grade 5 | Hemácias Fy(a-): Negativo |

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Fy^a estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 12 de março de 2020

(Gerente do Laboratório ou Designado)