



# LORNE LABORATORIES LTD



## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente Monospecific Anti-Human IgG AHG - Clear

**NÚMERO DE LOTE:** 40180-B1 e sublotos ( -B2, -B3, -B4, etc )

**DATA FABRICAÇÃO:** 04/02/2020

**DATA DE VALIDADE:** 04/02/2022

**CONSERVANTE** < 0.1% de Azida Sódica w/v

**CORANTE:** Nenhum

**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

**ARMAZENAMENTO:** Refrigerado à 2 – 8°C

**TESTE MICROBIOLÓGICO** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

**POTÊNCIA Anti-IgG:** **Teste do Reagente AHG:** **Potência do IgG na preparação:**  
**Hemácias R<sub>1r</sub>:** 1 em 1024 **Hemácias R<sub>1r</sub>:** 1 em 128

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-IgG AHG ( Clear ) estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

---

**LIBERADO POR:**

  
(Laboratory Manager or Nominee)

**DATA:** 02 de março de 2020

(Gerente do Laboratório ou Designado)

---