

TopKon L

Soro controle de Lipídios
Sérum de control Lípidos

Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)



LOT 1077792150

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent e/ou Diasys
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent y/o Diasys

04-2023

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>
En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro	Método	Valor Médio	Limites de referência*	1 SD	Unidade
Parámetro	Método	Valor medio	Límites de referencia*	1 SD	Unidad
APO A1	Imunoturbidimétrico	114	91,0 - 137	7,67	mg/dL
Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico	1,14	0,910 - 1,37	0,08	g/L
APO B	Imunoturbidimétrico	81,9	65,5 - 98,3	5,47	mg/dL
Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico	0,819	0,655 - 0,983	0,05	g/L
COLESTEROL	CHOD-PAP	139	120 - 159	6,50	mg/dL
Colesterol total		3,60	3,10 - 4,11	0,17	mmol/L
		1,39	1,20 - 1,59	0,07	g/L
HDL-C	Imunoinibição	29,9	23,9 - 35,8	1,98	mg/dL
Colesterol HDL	inmunoinhibición	0,772	0,618 - 0,927	0,05	mmol/L
		0,299	0,239 - 0,358	0,02	g/L
	Direto, colorimétrico	23,5	18,8 - 28,2	1,57	mg/dL
		0,608	0,486 - 0,729	0,04	mmol/L
		0,235	0,188 - 0,282	0,02	g/L
	CHOD-PAP	24,7	19,8 - 29,7	1,65	mg/dL
		0,640	0,512 - 0,768	0,04	mmol/L
		0,247	0,198 - 0,297	0,02	g/L
LDL-C	Seleção homogênea	87,8	70,2 - 105	5,80	mg/dL
Colesterol LDL	Selección homogénea	2,27	1,82 - 2,72	0,15	mmol/L
		0,878	0,702 - 1,05	0,06	g/L
	CHOD-PAP	102	81,3 - 122	6,78	mg/dL
		2,63	2,10 - 3,15	0,18	mmol/L
		1,02	0,813 - 1,22	0,07	g/L
Lp-PLA2	Teste colorimétrico	269	215 - 322	17,83	U/L
Lipoproteína associada fosfolipase A2	Prueba colorimétrica	4,48	3,58 - 5,37	0,30	µkat/L
NEFA	enzimático	11,5	9,24 - 13,9	0,78	mg/dL
Ácidos Graxos não esterificados		0,409	0,327 - 0,490	0,03	mmol/L
Acidos Grasos no esterificados		0,115	0,092 - 0,139	0,01	g/L
FOSFOLÍDIOS	enzimático	204	164 - 245	13,50	mg/dL
Fosfolípidios		2,64	2,11 - 3,17	0,18	mmol/L
Fosfolípidos		2,04	1,64 - 2,45	0,14	g/L
TRIGLICERÍDEOS	GPO-PAP	90,1	72,1 - 108	5,98	mg/dL
Triglicerídeos		1,01	0,811 - 1,22	0,07	mmol/L
Trigliceridos		0,901	0,721 - 1,08	0,06	g/L

 **Kovalent do Brasil Ltda.**
Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – Brasil
CEP: 24722-414
CNPJ: 04.842.199/0001-56
www.kovalent.com.br
SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414
sac@kovalent.com.br