TopKal HDL/LDL

Soro de calibração de lipídios **Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)**
Suero de calibración de lipidos **6290004KC (2 x 2 mL)**

LOT 1100102159

08-2023

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/
En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
Fosfolipídios Fosfolipidos	Enzimático	358	mg/dL
		4,62	mmol/L
		3,58	g/L
HDL-C HDL Colesterol	Imunoinibição	63,2	mg/dL
		1,64	mmol/L
		0,632	g/L
	Direto, colorimétrico	65,5	mg/dL
		1,69	mmol/L
		0,655	g/L
LDL-C LDL Colesterol	Seleção homogênea	151	mg/dL
		3,89	mmol/L
		1,51	g/L
	Direto, colorimétrico	171	mg/dL
		4,43	mmol/L
		1,71	g/L
Lp-PLA2 Lipoproteína associada fosfolipase A2	Colorimétrico	488	U/L
		8,13	µkat/L
NEFA Ácidos graxos não esterificados	Enzimático	30,6	mg/dL
		1,08	mmol/L
		0,306	g/L

Kovalent do Brasil Ltda
Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro
São Gonçalo - RJ - Brasil
CEP: 24722-414
CNPJ: 04.842.199/0001-56
Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414
E-mail: sac@kovalent.com.br