TopKal HDL/LDL

Soro de calibração de lipídios **Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)**
Suero de calibración de lipidos **6290004KC (2 x 2 mL)**

Kovalent

LOT **1100102051**

12-2022

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/
En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
HDL-C HDL Colesterol	Imunoinibição	58,0	mg/dL
		1,50	mmol/L
		0,580	g/L
	Direto, colorimétrico	51,8	mg/dL
		1,34	mmol/L
		0,518	g/L
LDL-C LDL Colesterol	Seleção homogênea	139	mg/dL
		3,59	mmol/L
		1,39	g/L
	Direto, colorimétrico	148	mg/dL
		3,84	mmol/L
		1,48	g/L
Lp-PLA2 Lipoproteína associada fosfolipase A2	Colorimétrico	448	U/L
		7,47	µkat/L
NEFA Ácidos graxos não esterificados	Enzimático	28,9	mg/dL
		1,02	mmol/L
		0,289	g/L
Fosfolipídios Fosfolipidos	Enzimático	289	mg/dL
		3,73	mmol/L
		2,89	g/L

Kovalent do Brasil Ltda
Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro
São Gonçalo - RJ - Brasil
CEP: 24722-414
CNPJ: 04.842.199/0001-56
Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414
E-mail: sac@kovalent.com.br