CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310044**
CÓDIGO / CODE	**107080**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**2020075K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML**

KIT

LOTE / LOT:	10708021205
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2020020R1K
LOTE / LOT:	10730121154
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2020015R2K
LOTE / LOT:	10730221162
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	CONFORME/ACCORDING
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.100 - 0.280	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm	0.100 - 0.400	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)	122.00 - 182.00	149
TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)	187.00 - 280.00	219

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control