CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310044**
CÓDIGO / CODE **107305**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2020250K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **CK-NAC DGKC/IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML**

KIT
LOTE / LOT: 10730521148
DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020040R1K
LOTE / LOT: 10730321147
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020050R2K
LOTE / LOT: 10730421147
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	CONFORME/ACCORDING
PH (25oC) R2	8.90 - 9.10	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.100 - 0.280	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm	0.100 - 0.400	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 28657 (U/L)	117 - 176	145
TRULAB P - LOTE: 29696 (U/L)	192 - 288	231

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control