

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310044
CÓDIGO / CODE	111209
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2020112.4R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CK-NAC DGKC/IFCC R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)
	KIT
	LOTE / LOT: 1112092136
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020028.1T
	LOTE / LOT: 1112082136
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020028.1T
	LOTE / LOT: 1112082136
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	CONFORME/ACCORDING
PH (25oC) R2	8.90 - 9.10	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.100 - 0.280	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm	0.100 - 0.400	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 28657 (U/L)	117 - 176	144.0
TRULAB P - LOTE: 29696 (U/L)	192 - 288	227.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control