

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310058
CÓDIGO / CODE	108361
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3010060K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CALCIO ARSENAZO III 2X30ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
LOTE / LOT:	10836120127
DATA DE FABR./MANUF. DATE	12/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	3010030MK
LOTE / LOT:	1083602076
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
	PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	3010003P
LOTE / LOT:	10739020136
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.47
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.375
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	6.92 - 8.63	8.34
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	10.80 - 13.50	12.62

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control