

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310058  
**CÓDIGO / CODE** 108361  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3010060K  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CALCIO ARSENAZO III 2X30ML + 1X3ML PADRAO

**KIT**  
LOTE / LOT: 10836121129  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010030MK  
LOTE / LOT: 1083602077  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

**PADRÃO / STANDARD**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010003P  
LOTE / LOT: 10739020137  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.47
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.375
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	6.92 - 8.63	8.34
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	10.80 - 13.50	12.62

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control