

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310211</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>109371</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>3010250KWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>CALCIO ARSENAZO III WS 1X250ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1093712054
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010250MKWS
	LOTE / LOT: 1093752052
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.47
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.375
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	6.92 - 8.63	8.34
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	10.80 - 13.50	12.62

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control