

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310211
CÓDIGO / CODE 109371
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3010250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CALCIO ARSENAZO III WS 1X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1093712055
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010250MKWS
LOTE / LOT: 1093752053
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.47
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.375
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	6.92 - 8.63	8.34
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	10.80 - 13.50	12.62

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control