

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310211  
**CÓDIGO / CODE** 109371  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3010250KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CALCIO ARSENAZO III WS 1X250ML

**KIT**  
**LOTE / LOT:** 1093712158  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 02/2021  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 3010250MKWS  
**LOTE / LOT:** 1093752155  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.45
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.353
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	6.92 - 8.63	8.19
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	10.80 - 13.50	12.57

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control