

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310211
CÓDIGO / CODE	109371
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3010250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CALCIO ARSENAZO III WS 1X250ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1093712159
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010250MKWS
	LOTE / LOT: 1093752156
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.45
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.353
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	6.92 - 8.63	8.19
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	10.80 - 13.50	12.57

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control