

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310211</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>109371</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>3010250KWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>CALCIO ARSENAZO III WS 1X250ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1093712163
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010250MKWS
	LOTE / LOT: 1093752159
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.389
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	7.30 - 9.10	8.71
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	11.5 - 14.4	13.19

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control