CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310211**
CÓDIGO / CODE **111221**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **3010094.8RWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **CALCIO ARSENAZO III WS 4 X 23,7 ML (RESPONS)**

KIT
LOTE / LOT: 1112212112
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010023.7RWS
LOTE / LOT: 1112202112
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.45
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.353
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	6.92 - 8.63	8.19
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	10.80 - 13.50	12.57

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control