

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310211
CÓDIGO / CODE	111221
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3010094.8RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CALCIO ARSENAZO III WS 4 X 23,7 ML (RESPONS)
	KIT
	LOTE / LOT: 1112212115
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3010023.7RWS
	LOTE / LOT: 1112202116
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.389
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	7.30 - 9.10	8.71
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	11.5 - 14.4	13.19

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control