

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310192
CÓDIGO / CODE	109317
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3020250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	FERRO FERENE WS R1 5X40ML + R2 1X50ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1093172172
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3020040R1KWS
	LOTE / LOT: 1093192172
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2023
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3020050R2KWS
	LOTE / LOT: 1093202173
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO E INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOW LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO - CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	FETIDO - SMELLY	CONFORME/ACCORDING
pH R1 (25 oC)	4.40 - 4.60	4.55
pH R2 (25 oC)	2.40 - 2.60	2.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 595 nm	0.000 - 0.015	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 595 nm	0.000 - 0.050	0.004
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 595 nm	0.000 - 0.050	0.015
TRULAB N - LOTE: 28657 (ug/dL)	67.2 - 89.1	74.08
TRULAB P - LOTE: 29696 (ug/dL)	198 - 263	218.51

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control