CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310192**
CÓDIGO / CODE **110154**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **3020075MWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **FERRO FERENE WS R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)**

KIT
LOTE / LOT: 1101542146
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3020020R1MWS
LOTE / LOT: 1101552145
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3020015R2MWS
LOTE / LOT: 1101562144
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO E INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOW LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO - CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	FETIDO - SMELLY	CONFORME/ACCORDING
pH R1 (25 oC)	4.40 - 4.60	4.54
pH R2 (25 oC)	2.40 - 2.60	2.51
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 595 nm	0.000 - 0.015	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 595 nm	0.000 - 0.050	0.004
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 595 nm	0.000 - 0.050	0.015
TRULAB N - LOTE: 27547 (ug/dL)	69.40 - 92.00	76.25
TRULAB P - LOTE: 27548 (ug/dL)	212.00 - 280.00	237.21

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control