

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310192
CÓDIGO / CODE	111233
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3020124.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	FERRO FERENE WS R1 4 X 23,7 ML + R2 4 X 7,4 ML (RESPONS)
	KIT
	LOTE / LOT: 1112332121
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3020031.1TWS
	LOTE / LOT: 1112322121
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3020031.1TWS
	LOTE / LOT: 1112322121
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO E INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOW LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO - CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	FETIDO - SMELLY	CONFORME/ACCORDING
pH R1 (25 oC)	4.40 - 4.60	4.54
pH R2 (25 oC)	2.40 - 2.60	2.51
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 595 nm	0.000 - 0.015	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 595 nm	0.000 - 0.050	0.004
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 595 nm	0.000 - 0.050	0.015
TRULAB N - LOTE: 28657 (ug/dL)	69.40 - 92.00	76.25
TRULAB P - LOTE: 29696 (ug/dL)	212.00 - 280.00	237.21

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control