

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310061
CÓDIGO / CODE 107391
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3040075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FOSFATO UV R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 10739121165
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040020R1K
LOTE / LOT: 10739321107
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040015R2K
LOTE / LOT: 10739621108
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040003P
LOTE / LOT: 10736121106
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	COMO DERIVADOS DE POLI-OXIDOS - LIKE POLYOXY-DERIVATIVES	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
PH R1 (25 oC)	0.70 - 0.90	0.81
PH R2 (25 oC)	4.70 - 4.90	4.75
PH R1+R2 (25 oC)	0.80 - 1.00	0.96
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.000 - 0.050	0.009
ABSORBANCIA/ABSORBANCE (R1+R2) - R1 - 340 nm	0.000 - 0.300	0.108
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 340 nm	0.000 - 0.250	0.192
TRULAB N LOTE 27547 (mg/dL)	2.40 - 3.46	2.96
TRULAB P LOTE 27548 (mg/dL)	6.01 - 8.65	7.32

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control