

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310196
CÓDIGO / CODE	110160
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3040075MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	FOSFATO UV WS R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
	KIT
	LOTE / LOT: 1101602248
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 01/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040020R1MWS
	LOTE / LOT: 1101612245
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2023
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040015R2MWS
	LOTE / LOT: 1101622245
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	COMO DERIVADOS DE POLI-OXIDOS - LIKE POLYOXY-DERIVATIVES	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
PH R1 (25 oC)	0.70 - 0.90	0.81
PH R2 (25 oC)	4.70 - 4.90	4.78
PH R1+R2 (25 oC)	0.80 - 1.00	0.91
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.000 - 0.050	0.009
ABSORBANCIA/ABSORBANCE (R1+R2) - R1 - 340 nm	0.000 - 0.300	0.085
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 340 nm	0.000 - 0.250	0.194
TRULAB N LOTE 28657 (mg/dL)	2.44 - 3.52	3.07
TRULAB P LOTE 29696 (mg/dL)	5.94 - 8.55	7.28

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control