

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310038</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107091</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1040250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	10709122188
DATA DE FABR./MANUF. DATE	02/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2023
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MK
LOTE / LOT:	10719522188
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2024
<b>PADRÃO / STANDARD</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040003P
LOTE / LOT:	10725521119
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.9 - 99.3	84.9
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	213 - 294	261.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**