

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310204
CÓDIGO / CODE 111185
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040174.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1111852130
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040043.6RWS
LOTE / LOT: 1111862129
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.50
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.9 - 99.3	88.0
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	213 - 294	261.2

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control