

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310092
CÓDIGO / CODE	111231
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2110112.4R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	LIPASE COLOR R1 4 X 21,3ML + R2 4 X 6,8ML (RESPONS)
	KIT
	LOTE / LOT: 1112312126
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 05/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2110028.1T
	LOTE / LOT: 1112302126
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2110028.1T
	LOTE / LOT: 1112302126
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LEVEMENTE TURVO, LARANJA AVERMELHADO - SLIGHTLY TURBID, ORANGE-RED	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	7.85 - 8.15	CONFORME/ACCORDING
PH (25 oC) R2	3,85 - 4,15	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1 + R2	7.75 - 8.05	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 578 nm	0.000 - 0.070	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 578 nm	0,000 - 0,300	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)	40.80 - 61.20	49.4
TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)	80.10 - 120.00	98.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control