

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310255
CÓDIGO / CODE 111811
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3070060K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 1118112126
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3070030MK
LOTE / LOT: 1118132116
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2023

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3070003P
LOTE / LOT: 1118122114
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AZUL - CLEAR, BLUE LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	10.9 - 11.1	10.97
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	1.000 - 1.300	1.128
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	1.68 - 2.32	2.00
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	4.11 - 5.67	5.18

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control