

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310193</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>110174</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>3030060MWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>MAGNESIO WS 2X30ML (NOVO MIURA)</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1101742149
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3030030MMWS
	LOTE / LOT: 1101752146
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AZUL - CLEAR, BLUE LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	10.9 - 11.1	10.94
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	1.000 - 1.300	1.181
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	1.66 - 2.30	1.99
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	3.94 - 5.44	5.03

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control