CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310090**
CÓDIGO / CODE	**107732**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**5011000K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**SOLUCAO DE LIMPEZA PARA AUTOMACAO BIOQUIMICA - 1000ML**

FRASCO / BOTTLE

LOTE / LOT:	1077322135
DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS	Conforme/According
PH (25 oC)	13.00 - 14.00	13.28

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control