

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310051	
CÓDIGO / CODE	107326	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2050250K	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TGP (ALAT) R1 5X40ML + R2 1X50ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	10732621185
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2050040R1K
	LOTE / LOT:	10738721173
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2050050R2K
	LOTE / LOT:	10738821171
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	7.09
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.66
pH (37 oC) R1 + R2	7.05 - 7.25	7.13
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.00 - 0.03	0.009
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 340 nm	1.80 - 1.95	1.927
TRULAB N - LOTE: 28657 (U/L)	39.2 - 62.5	52.4
TRULAB P - LOTE: 29696 (U/L)	89.5 - 143	113.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control