CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310051**
CÓDIGO / CODE	**111197**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**2050179.2R**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**TGP (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML (RESPONS)**

KIT

LOTE / LOT:	1111972140
DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2050044.8T
LOTE / LOT:	1111962140
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2050044.8T
LOTE / LOT:	1111962140
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	7.09
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.66
pH (37 oC) R1 + R2	7.05 - 7.25	7.13
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.00 - 0.03	0.009
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 340 nm	1.80 - 1.95	1.927
TRULAB N - LOTE: 28657 (U/L)	39.2 - 62.5	52.4
TRULAB P - LOTE: 29696 (U/L)	89.5 - 143	113.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control