

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310039
CÓDIGO / CODE 107096
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 10709622160
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MK
LOTE / LOT: 10720022153
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060003P
LOTE / LOT: 1072542198
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.015
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.4 - 103	84.76
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	146 - 210	170
TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL)	75.9 - 114	93.81

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control