CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310247**
CÓDIGO / CODE **111468**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1170050KWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **ZINCO 2X25ML**

KIT
LOTE / LOT: 1114682110
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1170025MKWS
LOTE / LOT: 1114672112
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, LARANJA - CLEAR, ORANGE	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	9.30 - 9.50	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 560 nm	0.000 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 28657 (ug/dL)	120.26 - 180.39	163.8
TRULAB P - LOTE: 29696 (ug/dL)	186.27 - 279.08	265.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control