

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310247
CÓDIGO / CODE 111469
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1170100KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ZINCO 4X25ML

KIT
LOTE / LOT: 111469207
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1170025MKWS
LOTE / LOT: 111467207
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, LARANJA - CLEAR, ORANGE	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	9.30 - 9.50	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 560 nm	0.000 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 27547 (ug/dL)	120.26 - 180.39	155.1
TRULAB P - LOTE: 27548 (ug/dL)	186.27 - 279.08	270.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control