CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310055**
CÓDIGO / CODE	**107102**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**1090075K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML**

KIT

LOTE / LOT:	10710222151
DATA DE FABR./MANUF. DATE	04/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1090020R1K
LOTE / LOT:	10720922127
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2023

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1090015R2K
LOTE / LOT:	10721022127
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	0.7 - 0.9	0.81
pH R2 (25 oC)	0.8 - 1	0.90
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.009
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.008
TRULAB N - 28657 (mg/dL)	1.14 - 1.94	1.37
TRULAB P - 29696 (mg/dL)	3.42 - 5.83	4.58

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control