

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310055
CÓDIGO / CODE	107103
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1090250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 5X40ML + R2 1X50ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10710322149
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 05/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090040R1K
	LOTE / LOT: 10721122141
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050R2K
	LOTE / LOT: 10721222140
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	0.7 - 0.9	0.81
pH R2 (25 oC)	0.8 - 1	0.90
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.009
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.008
TRULAB N - 28657 (mg/dL)	1.14 - 1.94	1.37
TRULAB P - 29696 (mg/dL)	3.42 - 5.83	4.58

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control