

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310055  
**CÓDIGO / CODE** 111211  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1090200R  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)

**KIT**  
LOTE / LOT: 1112112241  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2022  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050T  
LOTE / LOT: 1112102242  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050T  
LOTE / LOT: 1112102242  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	0.7 - 0.9	0.81
pH R2 (25 oC)	0.8 - 1	0.90
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.009
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.008
TRULAB N - 28657 (mg/dL)	1.14 - 1.94	1.37
TRULAB P - 29696 (mg/dL)	3.42 - 5.83	4.58

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control