

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310211  
**CÓDIGO / CODE** 110141  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3010060MWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CALCIO ARSENAZO III WS 2X30ML (NOVO MIURA)

**KIT**  
**LOTE / LOT:** 1101412251  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 03/2022  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 02/2024

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 3010030MMWS  
**LOTE / LOT:** 1101422250  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 02/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.47
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.364
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	7.30 - 9.10	8.40
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	11.5 - 14.4	12.81

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**