

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310183</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>110050</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>5110250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>CLEANER B - 250 ML</b>
<b>FRASCO / BOTTLE</b>	
LOTE / LOT:	1100502225
DATA DE FABR./MANUF. DATE	02/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2025

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
PH (25 oC)	12.50 - 13.50	12.89

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**