

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195
CÓDIGO / CODE 110149
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020180MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 6X30 ML

KIT
LOTE / LOT: 1101492253
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020030MMWS
LOTE / LOT: 1101502252
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.65
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.007
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	126 - 167	152
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	161 - 214	192
TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL)	134 - 178	160

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control