CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310057**
CÓDIGO / CODE	**107089**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**1030250K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO**

KIT

LOTE / LOT:	10708922258
DATA DE FABR./MANUF. DATE	05/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030200R1K
LOTE / LOT:	10719122212
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030050R2K
LOTE / LOT:	10719422179
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023

PADRÃO / STANDARD

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030003P
LOTE / LOT:	10735522186
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.95
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.180	0.143
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	1.05 - 1.64	1.52
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	4.09 - 6.40	5.57

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control