

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310204</b>	
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>109380</b>	
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1040500KWS</b>	
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>GLICOSE WS 2X250ML</b>	
	<b>KIT</b>	
	LOTE / LOT:	1093802288
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	05/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2024
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MKWS
	LOTE / LOT:	1093832283
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2024

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.51
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.9 - 99.3	85.9
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	213 - 294	261.5

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control