

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310267</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111974</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1160250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>HDL-C DIRETO R1 1X200ML + R2 1X50ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1119742212
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2023
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160200R1K
	LOTE / LOT: 1119832211
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2023
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160050R2K
	LOTE / LOT: 1119992211
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	45.66
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	56.30
TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL)	27.3 - 40.9	34.59

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control