

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310267
CÓDIGO / CODE	111984
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1160075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1119842214
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 02/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160020R1K
	LOTE / LOT: 111980229
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2023
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160015R2K
	LOTE / LOT: 111996228
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	44.85
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	57.69
TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL)	27.3 - 40.9	33.13

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control