

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310255</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111811</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>3070060K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO</b>
	<b>KIT</b>
LOTE / LOT:	1118112231
DATA DE FABR./MANUF. DATE	05/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2023
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	3070030MK
LOTE / LOT:	1118132219
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2024
	<b>PADRÃO / STANDARD</b>
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	3070003P
LOTE / LOT:	1118122216
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AZUL - CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	10.9 - 11.1	10.90
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	1.000 - 1.300	1.203
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	1.68 - 2.32	1.96
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	4.11 - 5.67	4.99

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**