

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310193
CÓDIGO / CODE 109325
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3030250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO WS 1X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1093252263
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3030250MKWS
LOTE / LOT: 1093292263
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AZUL - CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 °C)	10.9 - 11.1	10.90
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	1.000 - 1.300	1.203
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	1.68 - 2.32	1.96
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	4.11 - 5.67	4.99

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control