

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310039
CÓDIGO / CODE	107096
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1060250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
	LOTE / LOT: 10709622164
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MK
	LOTE / LOT: 10720022155
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2023
	PADRÃO / STANDARD
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060003P
	LOTE / LOT: 10725422102
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.012
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.4 - 103	85.95
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	146 - 210	175.15
TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL)	75.9 - 114	92.25

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control