CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310093**
CÓDIGO / CODE	**107930**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**2080075K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML**

KIT

LOTE / LOT:	10793022194
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080020R1K
LOTE / LOT:	10793122143
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2023

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080015R2K
LOTE / LOT:	10793322149
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE 28657 (U/L)	54.8 - 82.2	69.3
TRULAB P - LOTE 29696 (U/L)	173 - 259	220.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control