CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310211**
CÓDIGO / CODE	**109371**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**3010250KWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**CALCIO ARSENAZO III WS 1X250ML**

KIT

LOTE / LOT:	1093712267
DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	3010250MKWS
LOTE / LOT:	1093752263
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, VIOLETA - CLEAR, VIOLET	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.47
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 650 nm	0.280 - 0.500	0.364
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	7.30 - 9.10	8.40
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	11.5 - 14.4	12.81

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control