

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310199</b>	
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>109253</b>	
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>5130250K</b>	
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>CLEANER A 250ML</b>	
	<b>FRASCO / BOTTLE</b>	
	LOTE / LOT:	1092532242
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2024

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
CONCENTRACAO DE HCL (mol/L)	0.57 - 0.63	0.61

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**